

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AT15.B.01100

Серия RU № 0579010

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «РПН СФЕРА». Место нахождения (адрес юридического лица): 115533, город Москва, проспект Андропова, дом 22, помещение 1; адрес места осуществления деятельности: 115533, город Москва, проспект Андропова, дом 22, этаж 13, помещение 1; номер телефона: 84992717984; адрес электронной почты: info@rpn-cert.ru, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AT15, дата регистрации 18.09.2014.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Теплоприбор-Сенсор». Основной государственный регистрационный номер: 1037402821257. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 454047, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица 2-ая Павелецкая, дом 36; номер телефона: +7(351)725-89-78; адрес электронной почты: sales@tpchel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Теплоприбор-Сенсор». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454047, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица 2-ая Павелецкая, дом 36.

ПРОДУКЦИЯ Показывающие устройства для оборудования, работающего под избыточным давлением категорий 3 и 4:
1) уровнемеры магнитострикционные типа Левелтач F, уровнемеры микроволновые типа Левелтач M для рабочих сред групп 1 и 2 с максимально допустимым рабочим давлением свыше 0,05 до 42,0 МПа, с максимальной температурой рабочей среды 400 °С;
2) датчики температуры серий ТР и ТП для рабочих сред групп 1 и 2, с максимально допустимым рабочим давлением свыше 0,05 до 16,0 МПа, с максимальной температурой рабочей среды 1250 °С.
Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 4214-081-00226253-2013 «Уровнемеры магнитострикционные Левелтач F, микроволновые Левелтач M», ТУ 4211-065-00226253-2010 «Датчики температуры серий ТР, ТП». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 9025 19 200 0, 9026 10 290 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 054/Х/2017, № 055/Х/2017 от 30.10.2017 Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «Русский испытательный центр», аттестат аккредитации № RA.RU.21PY02; акта анализа состояния производства № 2949/АП от 10.10.2017 органа по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «РПН СФЕРА», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AT15; обоснований безопасности 4211-065-00226253-2017 ОБ, 4214-081-00226253-2017 ОБ, паспортов оборудования 2.822.109 ПС, 2.834.002 ПС, руководств по эксплуатации 2.822.109 РЭ, 2.834.002 РЭ, конструкторской документации, результатов прочностных расчетов, документов, подтверждающих соответствие и характеристики материалов и комплектующих изделий.
Схема сертификации - 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 6 месяцев. Срок службы - 10 лет для уровнемеров типов Левелтач M и Левелтач F. Срок службы датчиков серий ТР и ТП указан в Приложении (бланк № 0429925)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.11.2017 ПО 07.11.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Панкин Павел Викторович (инициалы, фамилия)

Аксёнов Алексей Николаевич (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1, Листов 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AT15.B.01100

Серия RU № 0429925

Срок службы и средняя наработка на отказ датчиков температуры серий ТР и ТП
в зависимости от температуры применения:

Номинальная статическая характеристика	Диапазон температуры, °С	Срок службы	Средняя наработка на отказ, ч
50П, 100П, Pt100	от -196 до +660	4 года	40300
	от -50 до +200	10 лет	98800
50М, 100М	от -50 до +200	10 лет	98800
N	от -400 до +800 включительно	10 лет	98800
	свыше +800 до +1250	4 года	44000
K	от -40 до +600 включительно	10 лет	98800
	свыше +600 до +1100	4 года	44000
L	от -40 до +600	10 лет	98800
J	от -40 до +750	4 года	44000
T	от -40 до +400	10 лет	98800



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Панкин Павел Викторович
(инициалы, фамилия)

Аксёнов Алексей Николаевич
(инициалы, фамилия)