

Генеральному директору  
ООО "Теплоприбор-Сенсор"  
А.А.Ухину

Об эксплуатации термопреобразователей

Уважаемый Андрей Алексеевич!

Для измерения температуры среды в нагревательных печах стана 2000 ЛПЦ-2 ПАО «Северсталь» используются термопреобразователи градуировки S. Средний срок службы используемых в настоящее время термопреобразователей составляет 18 месяцев.

В августе 2014 года нами был получен для проведения опытно-промышленной эксплуатации один термопреобразователь ТПП-0192-05-1000(600), 0,5/0,5,15X25Т. Термопреобразователь был установлен в месте измерения температуры среды зоны 7 (правая) нагревательной печи №1.

За время опытно-промышленной эксплуатации в период с октября 2014 года по апрель 2015 замечания по работе термопреобразователя отсутствуют, метрологические характеристики стабильные.

В заключении, желаем Вашей фирме дальнейших успехов и выражаем надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!

С уважением,

Мастер по ремонту оборудования  
Центра «Промсервис»  
ПАО «Северсталь»

Д.В.Головкин

Менеджер по автоматизации  
Центра «Промсервис»  
ПАО «Северсталь»

А.В.Смирнов

